



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KESEHATAN
UPTD RSUD CILACAP

Jalan Jend. Gatot Subroto No. 28 Cilacap Telp. (0282) 533010 Fax. (0282) 520755
www.rsud.cilacapkab.go.id e-Mail : bludrsudcilacap@gmail.com

CILACAP

Kode Pos 53223

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN AMBULANCE KHUSUS DALAM RANGKA PENANGGULANGAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA UPTD RSUD CILACAP

1. Latar Belakang :
 - 1) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19).
 - 2) Dalam rangka upaya penanggulangan dan pelayanan pasien COVID-19 di UPTD RSUD Cilacap, maka dibutuhkan *ambulance* khusus yang sesuai dengan standar protokol kesehatan pelayanan pasien COVID-19.

2. Maksud dan Tujuan :
 - 1) Maksud :

Menyediakan *ambulance* khusus yang sesuai dengan standar protokol kesehatan pelayanan pasien COVID-19 di UPTD RSUD Cilacap.
 - 2) Tujuan :

Pelayanan prima kepada pasien COVID-19 di UPTD RSUD Cilacap sesuai dengan standar protokol kesehatan.

3. Target / Sasaran : Pasien COVID-19 di UPTD RSUD Cilacap yang memerlukan sarana kendaraan *ambulance* khusus.

4. Sumber dan Perhitungan Anggaran :
 - 1) Sumber Anggaran :

APBD / Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020.
 - 2) Perhitungan Anggaran :

Pengadaan *ambulance* khusus (COVID-19) senilai Rp 610.000.000,- (*Enam ratus sepuluh juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

 - a. Pengadaan Toyota Hi-Ace untuk *ambulance* khusus sebesar Rp 510.000.000,- (*Lima ratus sepuluh juta rupiah*)
 - b. Pengadaan karoseri dan peralatan medis untuk *ambulance* khusus sebesar Rp 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*).

5. Jangka waktu : a. 30 hari
Pelaksanaan pekerjaan : b. 45 hari

6. Spesifikasi Teknis : a. TOYOTA HI ACE COMMUTER M/T VIN 2019

- b. Lampu LED light bar LFT 4000, Logo dan stiker standar, Sirine Multi Suara dengan Mic, Jok Dokter dilengkapi dengan safety belt. Jok perawat dilengkapi dengan box peralatan, Landasan stretcher / tandu dilengkapi dengan ruang penyimpanan scoop stretcher, APAR 1kg, Lampu sorot belakang model spoot light, Lampu operasi model sliding, Modifikasi lantai dari polywood dilapis vinil anti bakteri, Kaca Film dengan kegelapan 60-80%, Lemari peralatan Finishing akrilik, hand sanitazer dengan breket, wastafel dilengkapi tabung air bersih dan tabung pembuangan limbah medis dan non medis. Gantungan infus model geser terbuat dari bahan stainless steel, pelindung bumper belakang dilapisi plat stainless steel tebal 4mm, extra DC 4 keluaran + 4 USB Port, Central Oxygen BSS System, 2 Buah tabung Oxygen 1M3, 2 Buah Regulator standar, 1 set selang oxygen tekanan tinggi system press, 1 set pengatur oxygen dengan kran on/off, 1 set flowmeter dengan humidifier, 1 Buah keluaran dinding dengan tulisan "oxygen" , 5 Nasal canula, 5 buah masker oxygen, Ambulance Stretcher supra cot model roll in chair konstruksi alumunium rangka alloy dan steel dilengkapi dengan matras, Partisi pembatas antara driver dengan penumpang.

Cilacap, 28 Maret 2020

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



HENDRO SUWANTO, S.ST

NIP.19680303 198303 1 004